



BURITICUPU-MA  
Proc. 1705001 /2021  
Fls. 670  
Rub. Jly

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA**  
**CNPJ Nº 01.612.525/0001-40**


**Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA**

Processo Administrativo nº 01705001/2021  
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 016/2021  
Tipo: Menor Preço por Item

**Objeto:** Registro de Preços para eventual contratação de pessoa (s) jurídica (s) para fornecimento de equipamentos e materiais de uso odontológico, para atender as necessidades da Rede Municipal de Saúde de Buriticupu/MA.

## PROPOSTA DE PREÇOS INICIAL:

**MIAMIMED PRODUTOS  
ODONTOLOGICOS LTDA  
CNPJ: 38.259.748/0001-86**



AO  
ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1705001/2021  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021

**OBJETO:** Registro de Preços para eventual contratação de pessoa (s) jurídica (s) para fornecimento de equipamentos e materiais de uso odontológico, para atender as necessidades da Rede Municipal de Saúde de Buriticupu/MA.

## PROPOSTA COMERCIAL

A Empresa **MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº **38.259.748/0001-86** e Inscrição Estadual nº **003824290.00-86**, com sede na Rua Cipriano de Carvalho, Nº 195, Bairro Cinquentenário, CEP 30.570-020, em Belo Horizonte/MG, telefone (31) 3374-6768, por seu representante legal, o(a) Sr.(a) **AURA CATALDO CURY**, portador do RG Nº MG-20.598.030 e inscrito(a) do CPF nº 135.214.086-12, abaixo assinado, propõe a entrega dos objetos a seguir especificado, conforme Termo de Referência do Edital em epígrafe, nas seguintes condições:

Prezados (a) senhores (a):

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto deste pregão, acatando todas as estipulações consignadas no edital, conforme abaixo:

Declaramos que, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para participar de licitações ou de contratar com qualquer órgão da Administração Pública, bem como, para sua habilitação no presente processo licitatório, assim como, que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaramos que nos preços já estão incluídas as remunerações, encargos sociais, tributários, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, assim como, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação licitada, inclusive a margem de lucro, não cabendo nenhum outro ônus que não o valor estipulado na referida Proposta de Preços.

Prezados (a) senhores (a):

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto deste pregão, acatando todas as estipulações consignadas no edital, conforme abaixo:

COTA EXCLUSIVA À PARTICIPAÇÃO DE MES, EPPs e MEI					
Item	Descritivo, Modelo e Marca	UND	QTDE	Valor Unit.	Valor Total
85	APARELHO PARA PROFILAXIA e ULTRASOM bucal - componentes: ultra-som, jato de bicarbonato; tensão: 110/220 volts; frequência: 28 khz(+/-até 2khz); aplicação: profilaxia, periodontia, remoção de pinos/coroas, etc; complementação da especificação do item de material calmas: aparelho conjugado de ultra-som pizoeletrico e	UND	15	R\$ 2.700,00 (DOIS MIL E SETECENTOS REAIS)	R\$ 40.500,00 (QUARENTA MIL E QUINHENTOS REAIS)

**MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA**  
CNPJ: 38.259.748/0001-86 - INSC. EST.: 003824290.00-86

Rua Cipriano de Carvalho, nº 195, Cinquentenário, CEP 30.570-020, Belo Horizonte/MG - Telefone (31) 3374-6768 - Email: [miamimed.licitacao@hotmail.com](mailto:miamimed.licitacao@hotmail.com)

◆ ◆ ◆ ◆ ◆  
**MIAMIMED**

	<p>jato de bicarbonato de sodio para profilaxia do cálculo e do biofilme dental. <b>MODELO: PRIME</b> <b>MARCA: DENTEMED</b> <b>FABRICANTE: DENTEMED EQUIP. ODONT.</b> <b>PROCEDENCIA NACIONAL</b> <b>REGISTRO DA ANVISA: 80349600008</b></p>				
86	<p><b>APARELHO RAIOS-X.</b> Odontológico Braços articulado verticalmente e horizontalmente Coluna, braços e base: Construídos em aço, com cantos arredondados. Base pendular super estavel: Com linhas arredondadas e rodízios especiais (<b>freio em dois rodízios</b>) Pintura na cor gelo, com tratamento anticorrosivo. Cabo de alimentação removível. Segue padrão ABNT. Facilita a substituição caso necessário. Produto com certificado INMETRO. Norma NBR IEC-60601-1. NBR IEC-60601-2-7 e NBR IEC-601-1-1-3 Assegura que o equipamento seja produzido de acordo com as Normas Internacionais de Segurança. Especificações Técnicas Tensão da rede: 127V/60Hz /220V/60HZ / 220V/50HZ / 230V/50Hz /240V/50Hz Potência de entrada: 1200VA. Tensão do tubo:70kVp Corrente do tubo:7mA. Tempo de exposição: 60ms a 3,2s Comprimento do cilindro: 200mm (300mm opcional). Colimador Retangular 30 x 40mm Filtro equivalente em Alumínio: 1,5mm. Dimensão do foco do tubo: 0.8 x 0,8mm Fator de resfriamento: 1:30s. <b>MODELO: 70X – MÓVEL OU PAREDE</b> <b>MARCA: XDENT</b> <b>FABRICANTE: XDENT RAIOS-X</b> <b>PROCEDENCIA NACIONAL</b> <b>REGISTRO NA ANVISA: 8042215001</b></p>	UND	05	R\$ 7.700,00 (SETE MIL E SETECENTOS REAIS)	R\$ 38.500,00 (TRINTA E OITO MIL E QUINHENTOS REAIS)
87	<p><b>AUTOCLAVE 21 LITROS-AUTOCLAVE</b> para esterilização a vapor sob pressão, com sistema de rastreabilidade que cumpre a norma nbriso 13485. é necessário realizar o desbloqueio antes do primeiro uso, garantindo assim segurança e rastreabilidade do produto, fácil manuseio; design moderno; digital com display de led; 5 programas de esterilização; desaeração e despressurização automática; capacidade 21 litros; teclado, câmara em aço inox ou alumínio anodizado, que facilita a limpeza; câmara com 3 bandejas em alumínio anodizado com espaço para 4" bandeja opcional; secagem com porta fechada; 16</p>	UND	03	R\$ 5.790,00 (CINCO MIL, SETECENTOS E NOVENTA REAIS)	R\$ 17.370,00 (DEZESSETE MIL, TREZENTOS E SETENTA REAIS)

**MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA**

**CNPJ: 38.259.748/0001-86 - INSC. EST.: 003824290.00-86**

**Rua Cipriano de Carvalho, nº 195, Cinquentenário, CEP 30.570-020, Belo Horizonte/MG - Telefone (31) 3374-**

**6768 - Email: miamimmed.licitacao@hotmail.com**





JURITICUPU-MA  
1705001/2021  
Fis. 673  
Rub. *Jy*

	sistemas de segurança; sistema com microcontrolador; 2 anos de garantia; para mais informações, consulte o manual de instruções, certificado e em conformidade com a iso 9001- sistema de gestão de qualidade, isso 13485 - aparelhos médicos - requisitos para fins regulamentares, isso 14001 - gestão ambiental e bpf - boas práticas de fabricação (Anvisa/rdcn°59) especificações técnicas cor branca com teclado de controle bicolor, câmara aço inox ou alumínio anodizado capacidade 21 litros, voltagem 127 ou 220 v frequência 50/60 hz dimensões autoclave 39,5 x 38 x 61 cm (1 x aX p) / câmara 25 x 43 cm (d x p) garantia 2anos <b>MODELO: AUTOPRIME 21 - 110V OU 220V</b> <b>MARCA: DENTEMED</b> <b>FABRICANTE: DENTEMED (INOVA INOX)</b> <b>PROCEDÊNCIA: NACIONAL</b> <b>REGISTRO DA ANVISA: 80349600006.</b>				
124	FOTOPOLIMERIZADOR de resinas compostas -aparelho fotopolimerizador de resinas compostas, tipo revólver, com transmissão de luz visível, compatível com todas as resinas fotopolimerizáveis. <b>MODELO: PRIME LED</b> <b>MARCA: DENTEMED</b> <b>FABRICANTE: DENTEMED</b> <b>PROCEDÊNCIA: NACIONAL</b> <b>REGISTRO DA ANVISA: 80349609004.</b>	UND	10	R\$ 418,00 (QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS)	R\$ 4.180,00 (QUATRO MIL, CENTO E OITENTA REAIS)
138	ULTRASSOM odontológico. seletor digital de operação bicarbonato / ultrassom). seletor digital de função .(jato de painel <b>MODELO: PRIME</b> <b>MARCA: DENTEMED</b> <b>FABRICANTE: DENTEMED EQUIP. ODONT.</b> <b>PROCEDENCIA NACIONAL</b> <b>REGISTRO DA ANVISA: 803496000</b>	UND	10	R\$ 2.900,00 (DOIS MIL E NOVECIENTOS REAIS)	R\$ 29.000,00 (VINTE E NOVE MIL REAIS)
<b>VALOR TOTAL DO LOTE ..... R\$ 129.550,00</b> <b>(- CENTO E VINTE E NOVE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS -)</b>					

COTA RESERVADA À PARTICIPAÇÃO DE MEs, EPPs e MEIs 25% (vinte e cinco por cento)					
Item	Descritivo, Modelo e Marca	UND	QTDE	Valor Unit.	Valor Total
140	<b>01 - Cadeira Odontológica Prime:</b> estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Base em aço com debrum	UND	02	R\$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS)	R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)

*Jh*

*llp*

**MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA**  
**CNPJ: 38.259.748/0001-86 - INSC. EST.: 003824290.00-86**  
**Rua Cipriano de Carvalho, nº 195, Cinquentenário, CEP 30.570-020, Belo Horizonte/MG - Telefone (31) 3374-6768 - Email: miamimed.licitacao@hotmail.com**

<p>antiderrapante, dispensa de fixação ao piso, mas com pontos para fixação ao chão. Botão ON/OFF localizado na lateral da base da cadeira. Comando na base da cadeira realizado nos pés por pedal com 11 funções, 04 individuais e 05 automáticos, acionamento por joystick da movimentação subida e descida do encosto e do assento, 01 botão de acionamento e ajuste da intensidade do refletor, 01 botão de acionamento do volta zero, 01 botão para acionamento das 03 posições de trabalho e a última posição acionada (Last Position tipo trendelemburg -5°). Sistema de elevação eletromecânico acionado por motorreductores, sistema eletrônico integrado e de baixa voltagem de 24 volts. Sistema tipo pantográfico de elevação confeccionado em chapa de aço. Tensão de alimentação 90 a 240 Vac ~ 50/60Hz. Braços de apoio para paciente, esquerdo e direito, com estrutura interna de metal. Encosto de cabeça (<u>cabeceira</u>) anatômico, removível, com regulagem de altura. Estofamento de espuma injetada de alta densidade, revestida em PVC sem costuras ou dobras. Caixa de ligação separado da base da cadeira para fácil instalação e manutenção. A carga de Trabalho de Segurança (Carga Máxima de levantamento da cadeira (Paciente + acessórios e partes acopladas) é de 200 kg. Ambidestro.</p> <p><b><u>Equipo odontológico Prime Cart:</u></b> sobre rodas, pedestal em aço maciço, com tratamento anticorrosivo, revestido em poliestireno, móvel com quatro rodízios. Em plástico resistente (proteção UV) com suporte dos instrumentos com angulação de 45°. Suporte para até 05 terminais sendo com 01 terminal com uma <u>seringa tríplice</u> (bico giratório, removível e autolavável), 01 terminal bordem refrigerado para alta rotação e 01 terminal bordem para baixa rotação. Sistema pneumático e automático para acionamento nos terminais. Pedal progressivo para acionamento das peças de mão. Bandeja/Tampo de inox removível e autoclavável. Puxadores bilaterais. Reservatório de água para alimentação dos terminais bordem e seringa. Mangueiras lisas, arredondadas leves e flexíveis.</p> <p><b><u>Unidade Auxiliar Odontológica Prime:</u></b> acoplada à cadeira. Cuba da cuspeira</p>				<p><i>llp</i></p>
--	--	--	--	-------------------

*llp*

*llp*



<p>removível para assepsia e com ralo para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos. Acionamento de água através de registro com ajuste de intensidade e liga/desliga da água. Unidade com corpo revestido em plástico PBT de alto impacto. Com 01 sugador Sistema Venturi. Suporte dos sugadores com acionamento automático e pneumático. Mangueiras arredondadas, leves, flexíveis e de engate rápido que conectam e desconectam facilmente sem a necessidade de ferramentas, com separador de detritos e tela em inox.</p> <p><b>Refletor odontológico Prime:</b> multifocal led (com quatro intensidades de luz) com intensidade luminosa mínima de 3.000 (isenta de ondas polimerizantes evitando a fotoativação indesejada) e máxima 40.000 LUX (com variação de +-10%) numa distância da fonte de luz 700 MM. Acionamento por sensor de proximidade e no pedal da cadeira. Temperatura de cor: 5.000 – 5.300°K. Cabeçote em material resistente com giro de 620 graus. Espelho multifacetado com sistema de iluminação LED por reflexo (luz indireta) que evita sombras durante o trabalho (Cada faceta é microfacetada para obter luz natural de alta qualidade, absolutamente sem sombra). Fonte de luz fria não gera calor no campo operatório. Braço multiarticulado. Puxadores bilaterais removíveis e autoclaváveis em forma de alça.</p> <p><b>02 - Mocho odontológico Magnus Prata</b> com estrutura em aço revestido em material resistente. Base em aço com 05 pés e rodízios de altíssima resistência. Uma alavanca regulagem á gás de altura assento. Uma alavanca regulagem á gás de altura assento e encosto com regulagem longitudinal manual. “Produto Fabricado Conforme RDC Nº 27 de 21 de Junho de 2011 (ANVISA), portaria nº 350 de 06 de Setembro de 2010 (INMETRO), ABNT NBR ISO 6875 e 9680 (ABNT), ABNT NBR IEC 60601-1-2:2006 e Resolução RDC 16 de 28/03/2013 (ANVISA), Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016 e Diretiva 93/42 / CEE, com a redação que lhe foi dada pela Diretiva 2007/47 / CEE e 98/79 / CE (Através do certificado CE emitido pela MDI EUROPA)”.</p>				
--	--	--	--	--

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*




	<p>MODELO: CONJUNTO ODONTOLÓGICO          MAGNUS PRIME CART (Ambidestro) +          Acessórios e opcionais inclusos para          atendimento na íntegra da especificação do          edital, conforme segue:          COR DO ESTOFAMENTO: A COMBINAR          MARCA: DENTEMED          FABRICANTE: DENTEMED EQUIP. ODONT.          PROCEDÊNCIA NACIONAL          REGISTRO ANVISA: 80349600007          CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO DO          INMETRO          CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO "CE"  <b>03 - COMPRESSOR ODONTOLÓGICO</b>          RESERVATÓRIO (CERTIFICADO INMETRO)          CAPACIDADE DE 40 LITROS CABEÇOTE          EM ALUMÍNIO DESLOCAMENTO MÁX. 7,8          pés<sup>3</sup>/min 220 L/min, Potência: 1.275 Watts/          1,5 HP, Nível de ruído: 55 Db, Tensão          monofásico: 110V ou 220V          MODELO: PRIME AIR 40 - 110V OU 220V          MARCA: DENTEMED          FABRICANTE: DENTEMED          PROCEDENCIA NACIONAL          RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA          ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO          PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º          ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)  <b>04 - JATO DE BICARBONATO BORDEM</b>          MODELO: JET MAGNUS          MARCA: DENTEMED          FABRICANTE: DENTEMED          PROCEDENCIA NACIONAL          REGISTRO DA ANVISA: 80349609002  <b>05 - APARELHO DE R X</b>          MODELO: 70X – MÓVEL OU PAREDE          MARCA: XDENT          FABRICANTE: XDENT RAIOS-X          PROCEDENCIA NACIONAL          REGISTRO NA ANVISA: 8042215001</p>				
141	<p>COMPRESSOR DE AR PARA USO          ODONTOLOGICO e SUCÇÃO de ALTA          POTENCIA PARA ODONTOLOGIA.          MODELO: PRIME AIR 40 - 110V OU 220V          MARCA: DENTEMED          FABRICANTE: DENTEMED          PROCEDENCIA NACIONAL          RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA          ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO          PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º          ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)</p>	UND	02	R\$ 9.000,00 (NOVE MIL REAIS)	R\$ 18.000,00 (DEZOITO MIL REAIS)


*Sl*

*llp*

*(Handwritten mark)*







PRINCIPAL-MA  
1705004/2021  
Fis. 677  
Rub. *llp*

VALOR TOTAL DO LOTE: ..... R\$ 68.000,00  
(- SESSENTA E OITO MIL REAIS -)

**COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO 75% (setenta e cinco por cento)**

Item	Descritivo, Modelo e Marca	UND	QTDE	Valor Unit.	Valor Total
143	<p><b>01 - Cadeira Odontológica Prime:</b> estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Base em aço com debrum antiderrapante, dispensa de fixação ao piso, mas com pontos para fixação ao chão. Botão ON/OFF localizado na lateral da base da cadeira. Comando na base da cadeira realizado nos pés por pedal com 11 funções, 04 individuais e 05 automáticos, acionamento por joystick da movimentação subida e descida do encosto e do assento, 01 botão de acionamento e ajuste da intensidade do refletor, 01 botão de acionamento do volta zero, 01 botão para acionamento das 03 posições de trabalho e a última posição acionada (Last Position tipo trendelemburg -5°). Sistema de elevação eletromecânico acionado por motorreductores, sistema eletrônico integrado e de baixa voltagem de 24 volts. Sistema tipo pantográfico de elevação confeccionado em chapa de aço. Tensão de alimentação 90 a 240 Vac ~ 50/60Hz. Braços de apoio para paciente, esquerdo e direito, com estrutura interna de metal. Encosto de cabeça (<u>cabeceira</u>) anatômico, removível, com regulagem de altura. Estofamento de espuma injetada de alta densidade, revestida em PVC sem costuras ou dobras. Caixa de ligação separado da base da cadeira para fácil instalação e manutenção. A carga de Trabalho de Segurança (Carga Máxima de levantamento da cadeira (Paciente + acessórios e partes acopladas) é de 200 kg. Ambidestro.</p> <p><b>Equipo odontológico Prime Cart:</b> sobre rodas, pedestal em aço maciço, com tratamento anticorrosivo, revestido em poliestireno, móvel com quatro rodízios. Em plástico resistente (proteção UV) com suporte dos instrumentos com angulação de 45°. Suporte para até 05 terminais sendo com 01 terminal com uma <u>seringa tríplice</u> (bico giratório, removível e autolavável), 01 terminal bordem refrigerado para alta rotação e 01</p>	UND	08	R\$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS)	R\$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS)

*Jh*

*llp*


**MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA**  
CNPJ: 38.259.748/0001-86 - INSC. EST.: 003824290.00-86

Rua Cipriano de Carvalho, nº 195, Cinquentenário, CEP 30.570-020, Belo Horizonte/MG - Telefone (31) 3374-6768 - Email: miamimed.licitacao@hotmail.com

<p>terminal bordem para baixa rotação. Sistema pneumático e automático para acionamento nos terminais. Pedal progressivo para acionamento das peças de mão. Bandeja/Tampo de inox removível e autoclavável. Puxadores bilaterais. Reservatório de água para alimentação dos terminais bordem e seringa. Mangueiras lisas, arredondadas leves e flexíveis.</p> <p><b>Unidade Auxiliar Odontológica Prime:</b> acoplada à cadeira. Cuba da cuspeira removível para assepsia e com ralo para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos. Acionamento de água através de registro com ajuste de intensidade e liga/desliga da água. Unidade com corpo revestido em plástico PBT de alto impacto. Com 01 sugador Sistema Venturi. Suporte dos sugadores com acionamento automático e pneumático. Mangueiras arredondadas, leves, flexíveis e de engate rápido que conectam e desconectam facilmente sem a necessidade de ferramentas, com separador de detritos e tela em inox.</p> <p><b>Refletor odontológico Prime:</b> multifocal led (com quatro intensidades de luz) com intensidade luminosa mínima de 3.000 (isenta de ondas polimerizastes evitando a fotoativação indesejada) e máxima 40.000 LUX (com variação de +-10%) numa distância da fonte de luz 700 MM. Acionamento por sensor de proximidade e no pedal da cadeira. Temperatura de cor: 5.000 – 5.300°K. Cabeçote em material resistente com giro de 620 graus. Espelho multifacetado com sistema de iluminação LED por reflexo (luz indireta) que evita sombras durante o trabalho (Cada faceta é microfacetada para obter luz natural de alta qualidade, absolutamente sem sombra). Fonte de luz fria não gera calor no campo operatório. Braço multiarticulado. Puxadores bilaterais removíveis e autoclaváveis em forma de alça.</p> <p><b>02 - Mocho odontológico Magnus Prata</b> com estrutura em aço revestido em material resistente. Base em aço com 05 pés e rodízios de altíssima resistência. Uma alavanca regulagem á gás de altura assento. Uma alavanca regulagem á gás de altura assento e encosto com regulagem longitudinal manual.</p> <p><b>“Produto Fabricado Conforme RDC Nº 27 de 21 de Junho de 2011 (ANVISA), portaria nº</b></p>				<p><i>[assinatura]</i></p>
---	--	--	--	----------------------------

*[assinatura]*

*[assinatura]*





350 de 06 de Setembro de 2010 (INMETRO), ABNT NBR ISO 6875 e 9680 (ABNT), ABNT NBR IEC 60601-1-2:2006 e Resolução RDC 16 de 28/03/2013 (ANVISA), Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016 e Diretiva 93/42 / CEE, com a redação que lhe foi dada pela Diretiva 2007/47 / CEE e 98/79 / CE (Através do certificado CE emitido pela MDI EUROPA)".

MODELO: CONJUNTO ODONTOLÓGICO MAGNUS PRIME CART (Ambidestro) + Acessórios e opcionais inclusos para atendimento na integra da especificação do edital, conforme segue:

COR DO ESTOFAMENTO: A COMBINAR

MARCA: DENTEMED

FABRICANTE: DENTEMED EQUIP. ODONT.

PROCEDÊNCIA NACIONAL

REGISTRO ANVISA: 80349600007

CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO DO INMETRO

CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO "CE"

03 - COMPRESSOR ODONTOLÓGICO

RESERVATÓRIO (CERTIFICADO INMETRO)

CAPACIDADE DE 40 LITROS CABEÇOTE

EM ALUMINIO DESLOCAMENTO MÁX. 7,8

pés<sup>3</sup>/min 220 L/min, Potência: 1.275 Watts/

1,5 HP, Nível de ruído: 55 Db, Tensão

monofásico: 110V ou 220V

MODELO: PRIME AIR 40 - 110V OU 220V

MARCA: DENTEMED

FABRICANTE: DENTEMED

PROCEDENCIA NACIONAL

RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA

ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO

PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º

ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)

04 - JATO DE BICARBONATO BORDEM

MODELO: JET MAGNUS

MARCA: DENTEMED

FABRICANTE: DENTEMED

PROCEDENCIA NACIONAL

REGISTRO DA ANVISA: 80349609002

05 - APARELHO DE R X

MODELO: 70X – MÓVEL OU PAREDE

MARCA: XDENT

FABRICANTE: XDENT RAIOS-X

PROCEDENCIA NACIONAL

REGISTRO NA ANVISA: 8042215001

**MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA**

**CNPJ: 38.259.748/0001-86 - INSC. EST.: 003824290.00-86**

**Rua Cipriano de Carvalho, nº 195, Cinquentenário, CEP 30.570-020, Belo Horizonte/MG - Telefone (31) 3374-**

**6768 - Email: miamimed.licitacao@hotmail.com**



144	COMPRESSOR DE AR PARA USO ODONTOLÓGICO e SUÇÃO de ALTA POTENCIA PARA ODONTOLOGIA. <b>MODELO: PRIME AIR 40 - 110V OU 220V</b> <b>MARCA: DENTEMED</b> <b>FABRICANTE: DENTEMED</b> <b>PROCEDENCIA NACIONAL</b> <b>RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)</b>	UND	08	R\$ 9.000,00 (NOVE MIL REAIS)	R\$ 72.000,00 (SETENTA E DOIS MIL REAIS)
-----	---	-----	----	----------------------------------	---

**VALOR TOTAL DO LOTE: ..... R\$ 272.000,00**  
(- DUZENTOS E SETENTA E DOIS MIL REAIS -)

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA: ..... R\$ 469.550,00**  
(- QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS -)

**CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:**

Validade da proposta:	60 (sessenta) Dias - CONFORME EDITAL
Condições de pagamento	CONFORME EDITAL
Prazo de entrega:	CONFORME EDITAL
Local de entrega:	CONFORME EDITAL
Garantia	CONFORME EDITAL
Frete / impostos:	INCLUSOS
Assistência técnica	EM TODO TERRITÓRIO BRASILEIRO – CONFORME EDITAL.

**DADOS BANCÁRIOS:**


Banco	BANCO DO BRASIL
Agencia	Ag 1229-7
Conta Corrente	Cc 69802-4

**DADOS DA EMPRESA PARA FORMULAÇÃO DE CONTRATO:**

Empresa	MiamiMed Produtos Odontológicos Ltda		
CNPJ:	38.259.748/0001-86	Insc. Estadual:	003824290.00-86
Endereço	R CIPRIANO DE CARVALHO, nº195, Bairro Cinquentenário, CEP 30.570-020, Belo Horizonte		
Telefones	(31) 3374-6768/ (31) 9105-5435		
Email:	miamimed.licitacao@hotmail.com		

**MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA**  
**CNPJ: 38.259.748/0001-86 - INSC. EST.: 003824290.00-86**

**Rua Cipriano de Carvalho, nº 195, Cinquentenário, CEP 30.570-020, Belo Horizonte/MG - Telefone (31) 3374-6768 - Email: miamimed.licitacao@hotmail.com**



**RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA:**

Nome do Signatário	CRISTIANO HENRIQUE RODRIGUES CURY		
Função	PROCURADOR OUTORGADO		
Estado civil	CASADO	Nacionalidade	BRASILEIRA
Identidade	MG 6.066-360 - SSP/MG	CPF	993.547.726-68
Residência:	RUA INSPETOR JOSÉ APARECIDO, Nº 76, SÃO BENTO, CEP 30.350-730, BELO HORIZONTE/MG.		

A empresa Miamimed Produtos Odontológicos Ltda declara, sob as penas da Lei:

❖ O pleno conhecimento das exigências e das obrigações constante no edital de pregão presencial e seus respectivos anexos, submetendo a todas as condições nele estipulada, principalmente sendo vencedor da licitação.

Que os produtos são de qualidade, fabricados conforme ABNT e ANVISA - (agência nacional de vigilância sanitária), garantindo o cumprimento a legislação sanitária quanto às normas. Garantindo a qualidade, através de bateria de testes para aprovação, feita pela equipe técnica de fabrica, e vistoriada pelo nosso engenheiro técnico para averiguação e conformidade dos produtos conforme exigência da ANVISA e da ABNT, o mesmo registrado sob o CREA-MG de nº 5976.

❖ Sob penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que a proposta apresentada pela empresa proponente para participar da licitação que trata o presente edital, foi elaborada de maneira independente pela empresa proponente, que devera vir no mesmo envelope das propostas.

❖ Sob as penas da Lei, que o material ofertado atende todas as especificações exigidas no edital e seus anexos.

❖ O comprometo-me a manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na presente licitação e que a validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, conforme solicitado no edital e que a garantia será por um período de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, depois de efetuada sua entrega.

❖ Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as clausulas e condições previstas neste edital.

❖ Os preços propostos contemplam todas as despesas necessárias para execução do contrato conforme edital de licitação, bem como todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, testes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado.

❖ Caso sejamos vencedores segue os dados completos da pessoa responsável por assinar o instrumento de contrato que eventualmente seja firmado pelas partes: **CRISTIANO HENRIQUE RODRIGUES CURY**, brasileiro, casado, portador do CPF nº **993.547.726-68** e da cédula de identidade **MG 6.066-360 - SSP/MG**, procurador outorgado, telefone **31) 3374-6768/ (31) 9105-5435**, e-mail **miamimed.licitacao@hotmail.com**, residente e domiciliado na Rua Inspetor José Aparecido, nº 76, São Bento, município de Belo Horizonte/MG.

❖ Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas neste Pregão, bem como verificamos todas as especificações nele contidas, não havendo qualquer discrepância nas informações e/ou documentos que dele fazem parte.

❖ Declaramos, também, que os produtos cotados atendem plenamente todas as especificações constantes do anexo I e os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas, tais como custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, lucro e outros custos necessários ao cumprimento integral do objeto deste edital e seus anexos.

**MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA**  
**CNPJ: 38.259.748/0001-86 - INSC. EST.: 003824290.00-86**


**Rua Cipriano de Carvalho, nº 195, Cinquentenário, CEP 30.570-020, Belo Horizonte/MG - Telefone (31) 3374-6768 - Email: miamimed.licitacao@hotmail.com**

  
**MIAMIMED**

- ❖ Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente.
- ❖ Declaramos também que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- ❖ Quaisquer tributos, custos e despesas, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título.
- ❖ Declaramos que os produtos cotados atendem a todas as especificações técnicas solicitadas no edital.
- ❖ Declaramos, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema são autênticas
- ❖ Declaramos ainda que, concordamos com todos os termos do Edital do Pregão Eletrônico e seus Anexos.
- ❖ Declaramos que não possuímos como sócio, gerente e diretores, servidores da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.
- ❖ Que o prazo de início da entrega dos materiais será de acordo com os termos estabelecidos no Anexo I, deste edital a contar do recebimento, por parte da contratada, da ordem de compra ou documento similar, no endereço informado, todos os equipamentos serão avaliados, sob pena de devolução de não aceite, caso não tenha a discriminação do termo de referência do referido edital ou de má qualidade.

Belo Horizonte/MG, 09 de Julho de 2021.

ATENCIOSAMENTE,

  
**Miamimed Produtos Odontológicos Ltda**  
**Cristiano Henrique Rodrigues Cury**  
**Procurador Outorgado**  
**CPF: 993.547.726-68**  
**MG: 6.066-360**

**38 259 748 / 0001-86**  
I.E.: 003.824290.00-86  
MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.  
Rua Cipriano de Carvalho, 195  
B. Cinquentenário - CEP 30570-020  
BELO HORIZONTE - MG

**MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA**

**CNPJ: 38.259.748/0001-86 - INSC. EST.: 003824290.00-86**

**Rua Cipriano de Carvalho, nº 195, Cinquentenário, CEP 30.570-020, Belo Horizonte/MG - Telefone (31) 3374-6768 - Email: miamimed.licitacao@hotmail.com**